

Тип реставрации	Ортопедические компоненты для платформ RI и AI (Quattrocone, Microcone и Quattrocone 30)										Ортопедические компоненты для платформы NI (Microcone 3.0)													
	Винтовая фиксация					Цементная фиксация					Винтовая фиксация					Цементная фиксация								
	Одиночное или мостовидное протезирование		Заготовки	MedentiBASE	Мостовидное протезирование		Съемное протезирование		Одиночное или мостовидное протезирование			Одиночное или мостовидное протезирование		Заготовки	Одиночное временное протезирование		Одиночное или мостовидное протезирование							
Тип абатмента	Титановые основания		PreFace абатменты	Абатменты Multi-Unit		Novaloc абатменты		CoCr абатменты	Стандартные титановые абатменты			Временные абатменты		Модифицируемые абатменты		Титановые основания		PreFace абатменты	Временные абатменты		CoCr абатменты	Стандартные титановые абатменты		
Абатменты	Титановое основание для мостов GH 0.6 2-09-11 2-09-12 2-09-13 2-09-14 GH 0.6 1.1 Титановое основание для мостов GH 0.6 2-09-15		Титановый 2-90-02 2-90-03 16 16 CoCr 2-90-06 Титановый для Ceramill 11.5 2-90-07ST	Компактный Multi-unit абатмент MedentiBASE GH 2-28-01 2-28-02 2-28-03 2-28-04 2-28-05 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 3.7		Multi-unit прямой GH 2-31-01 2-31-02 2-31-03 1.5 3.5 5.5 4.8 Multi-unit угловой 17° RI GH/AH Тип 1 Тип 2 1.1/2.5 2-31-04 2-31-10 2.1/3.5 2-31-05 2-31-11 4.1/5.5 2-31-06 2-31-12 4.8 Multi-unit угловой 30° AI для Quattrocone30 GH 4-31-01 4-31-02 4-31-03 1.5 3.0 4.5 4.8 Multi-unit угловой 30° RI GH/AH Тип 1 Тип 2 0.6/3.0 2-31-07 2-31-13 1.6/4.0 2-31-08 2-31-14 3.1/5.5 2-31-09 2-31-15 4.8		Novaloc прямой GH 2-23-01 2-23-02 2-23-03 2-23-04 2-23-05 1 2 3 4 5 Novaloc угловой 15° GH1 GH2 Тип 1 Тип 2 1 2 2-23-06 2-23-11 2 3 2-23-07 2-23-12 3 4 2-23-08 2-23-13 4 5 2-23-09 2-23-14 5 6 2-23-10 2-23-15 GH1 GH2		Ротационный 2-10-03 Антиротационный 2-10-02	Прямой GH/AH 2-07-20 2-07-01 2-07-02 2-07-03 0 2 2-07-20 2-07-01 2-07-02 2-07-03 1.5 6.5 2-07-01 2-07-02 2-07-03 3 6.5 2-07-04 2-07-05 2-07-06 5 6.5 2-07-23 2-07-24 2-07-25 Угловой 18° GH/AH 2-07-07 2-07-08 2-07-09 1.5 7.5 2-07-07 2-07-08 2-07-09 3 7.5 2-07-10 2-07-11 2-07-12 5 7.5 2-07-26 2-07-27 2-07-28 Тип 1 GH/AH 2-07-13 2-07-14 2-07-15 1.5 7.5 2-07-13 2-07-14 2-07-15 3 7.5 2-07-16 2-07-17 2-07-18 5 7.5 2-07-29 2-07-30 2-07-31 Тип 2			Титановый 2-17-07 Облицованный GH 3.5 2-17-08 Угловой 18° GH 3.5, 5.5 Тип 1 2-17-09 Тип 2 2-17-10		Прямой GH 3.5 2-07-19 Угловой 18° GH 3.5 Тип 1 2-07-21 Тип 2 2-07-22		Титановое основание GH 1-09-01 1-09-02 0.7 1.2 Титановое основание GH 0.7 1-09-04 Титановый 11.5 1-90-02 CoCr 11.5 1-90-03 Титановый для Ceramill 11.5 1-90-05 ST		Титановый 1-17-04 Антиротационный 1-10-01		Стандартный прямой 3.5 GH 1-07-01 1-07-02 1-07-07 1.5 3 5 Стандартный угловой 3.5 GH 1-07-03 1-07-04 1-07-05 1-07-06 1-07-08 1-07-09 1.5 3 5 Тип 1 Тип 2		
Аналог, сканмаркер (цифровой протокол) От руки не более 5-10 Ncm	Аналог имплантата CAD/CAM 2-05-02		Сканмаркер 2-09-10	Сканмаркер 0-28-13 Аналог CAD/CAM 0-28-21		Сканмаркер Multi-unit Прямой 0-31-01 Угловой 0-31-16		Аналог Multi-unit CAD/CAM 0° 0-31-10 17° 0-31-14 30° 0-31-15		*Также см. Ti u Preface RI					Аналог имплантата CAD/CAM 1-05-02		Сканмаркер 1-09-03							
Трансфер, аналог, (аналоговый протокол) От руки не более 5-10 Ncm	Трансфер для закрытой ложки 2-04-17 Сменные колпачки 2-04-19 Трансфер для открытой ложки M 2-04-01 L 2-04-02 Винт для трансфера для открытой ложки M 2-04-04 L 2-04-05 Аналог имплантата 2-05-01 Колпачок для индивидуальных слепочных трансферов GH/φ 4.5 5.5 6.5 1-2 2-04-09 2-04-10 2-04-11 3-6 2-04-12 2-04-13 2-04-14 Трансфер для открытой ложки модифицируемый M 2-04-07 L 2-04-08 Трансфер для закрытой ложки модифицируемый 2-04-18		Трансфер 0-28-12 Аналог имплантата 0-28-20	Трансфер Multi-unit для открытой ложки 0-31-04 Аналог Multi-unit 0° 0-31-05 17° 0-31-12 30° 0-31-13 Лабораторная матрица 2010.722-STM		Аналог абатмента Novaloc прямой 0-23-01 Аналог абатмента Novaloc угловой 15° 0-23-02 Трансфер для закрытой ложки 2-04-17 Сменные колпачки 2-04-19 Трансфер для открытой ложки φ 4.7 M 2-04-01 L 2-04-02 Винт для трансфера для открытой ложки M 2-04-04 L 2-04-05 Аналог имплантата 2-05-01 Колпачок для индивидуальных слепочных трансферов GH/φ 4.5 5.5 6.5 1-2 2-04-09 2-04-10 2-04-11 3-6 2-04-12 2-04-13 2-04-14 Трансфер для открытой ложки модифицируемый M 2-04-07 L 2-04-08 Трансфер для закрытой ложки модифицируемый 2-04-18		Трансфер для открытой ложки 1-04-01 Винт для трансфера для открытой ложки 1-04-02 Аналог имплантата 1-05-01																
Вторичная ортопедия: винты, колпачки, матрицы 15 Ncm	Винт базальный клинический 2-06-03 Винт базальный лабораторный 2-06-04		Ti основание MedentiBASE 0-28-05 Пластиковый колпачок MedentiBASE 0-28-08 Ti колпачок MedentiBASE M 0-28-14 L 0-28-15 Пластиковый колпачок MedentiBASE M 0-28-16 L 0-28-17 Ti основание MedentiBASE 0-28-06 Винт-заглушка MedentiBASE 0-28-04	Винт окклюзионный 0-31-02 Колпачок защитный 0-31-03 Колпачок выгораемый 0-31-11 Временный Ti колпачок 0-31-06 Ti основание 0-31-09 Колпачок CoCr 0-31-08 Винт для угловых абатментов Multi-unit RI 2-06-02 Винт для угловых абатментов Multi-unit AI 4-06-01		Винт для абатмента Novaloc 15° 2-06-05 Комплект матриц 2010.601-STM Винт базальный клинический 2-06-03 Винт базальный лабораторный 2-06-04		Винт базальный клинический 1-06-01 Винт базальный лабораторный 1-06-02																
Инструменты ортопедические ***Размеры инструментов обозначены буквенно: S – экстра-короткий M – короткий L – длинный	Отвертка для динамометрического ключа M 0-13-22 20 L 0-13-23 28		Отвертка для наконечника S 0-13-18 18 M 0-13-04 24 L 0-13-05 30		Отвертка для динамометрического ключа 0-13-37		Отвертка для динамометрического ключа для прямых абатментов Multi-unit 0-13-76 Отвертка для угловых Multi-unit абатментов и колпачков M 0-13-22 20 L 0-13-23 28 Отвертка для наконечника S 0-13-18 18 M 0-13-04 24 L 0-13-05 30		Отвертка для ASC Flex/Novaloc 0-13-59 Отвертка для ASC Flex/Novaloc 0-13-60 Отвертка для динамометрического ключа M 0-13-22 20 L 0-13-23 28 Отвертка для наконечника S 0-13-18 18 M 0-13-04 24 L 0-13-05 30		Отвертка для динамометрического ключа M 0-13-22 20 L 0-13-23 28 Отвертка для наконечника S 0-13-18 18 M 0-13-04 24 L 0-13-05 30		Отвертка для динамометрического ключа M 0-13-22 20 L 0-13-23 28 Отвертка для наконечника S 0-13-18 18 M 0-13-04 24 L 0-13-05 30		Отвертка для динамометрического ключа M 0-13-22 20 L 0-13-23 28 Отвертка для наконечника S 0-13-18 18 M 0-13-04 24 L 0-13-05 30									