NEODENT®
A Straumann Group Brand

A GRANDEZA É UMA CONQUISTA

PROTOCOLO DE TRABALHO DO GRAND MORSE®

GM Conexão Grand Morse®

Implante Helix®

Control System

ÍNDICE

| Protocolo de trabalho do Helix GM® Ø 3.5 mm

| Protocolo de trabalho do Helix GM® Ø 3.75 mm

| Protocolo de trabalho do Helix GM® Ø 4.0 mm

| Protocolo de trabalho do Helix GM® Ø 4.3 mm

| Protocolo de trabalho do Helix GM® Ø 5.0 mm

| Protocolo de trabalho do Helix GM® Ø 6.0 mm

| Protocolo de trabalho do Helix GM® Ø 7.0 mm

NEODENT
A Straumann Group Brand

Ø 3.5

uma faixa única representa uma broca cónica | uma faixa dupla representa uma broca cónica + | um quadrado representa uma broca piloto | *opcional

NEODENT

Escolha o comprimento e a superfície

	Acqua	NeoPoros		Acqua	NeoPoros
8.0	140.943	109.943	13.0	140.946	109.946
10.0	140.944	109.944	16.0	140.947	109.947
11.5	140.945	109.945	18.0	140.988	109.988

Sequência de perfuração independentemente do tipo de osso

1 Inicial* 103.170

2 Ø 2.0 103.492

Indicador de direção

Ø 2.8/3.5 128.019

Sequência de perfuração para ossos de tipo I e II

3 Ø 3.5+ 103.500

4 Ø 2.8/3.5 103.513

Sequência de perfuração para ossos de tipo III e IV

3 Ø 3.5 103.493

Stops para broca

No caso de implantes de 16 e 18 mm de comprimento, o controlo da profundidade é feito visualmente através das marcações nas brocas

	Ø 2.0	Ø 3.5
8 mm	125.144	125.148
10 mm	125.145	125.149
11.5 mm	125.146	125.150
13 mm	125.147	125.151

Drivers e chave dinamométrica

Chave para implante GM Contra-ângulo 105.168

Chave para implante GM Chave dinamométrica (curta) 105.129

Chave para implante GM Chave dinamométrica (longa) 105.130



Chave dinamométrica 104.050

Ø 3.75

uma faixa única representa uma broca cónica | uma faixa dupla representa uma broca cónica + | um quadrado representa uma broca piloto | *opcional

NEODENT

Escolha o comprimento e a superfície

	Acqua	NeoPoros		Acqua	NeoPoros
8.0	140.976	109.976	13.0	140.979	109.979
10.0	140.977	109.977	16.0	140.980	109.980
11.5	140.978	109.978	18.0	140.981	109.981

Sequência de perfuração independentemente do tipo de osso

1 Inicial* 103.170

2 Ø 2.0 103.492

3 Ø 3.5 103.493

Indicador de direção

Ø 3/3.75 128.020

Sequência de perfuração para ossos de tipo I e II

4 Ø 3.75+ 103.501

5 Ø 3.0/3.75 103.514

Sequência de perfuração para ossos de tipo III e IV

4 Ø 3.75* 103.494

Stops para broca

No caso de implantes de 16 e 18 mm de comprimento, o controlo da profundidade é feito visualmente através das marcações nas brocas

	Ø 2.0	Ø 3.5	Ø 3.75/4.0
8 mm	125.144	125.148	125.152
10 mm	125.145	125.149	125.153
11.5 mm	125.146	125.150	125.154
13 mm	125.147	125.151	125.155

Drivers e chave dinamométrica

Chave para implante GM Contra-ângulo 105.168

Chave para implante GM Chave dinamométrica (curta) 105.129

Chave para implante GM Chave dinamométrica (longa) 105.130



Chave dinamométrica 104.050

Ø 4.0

uma faixa única representa uma broca cónica | uma faixa dupla representa uma broca cónica + | um quadrado representa uma broca piloto | *opcional

NEODENT

Escolha o comprimento e a superfície

	Acqua	NeoPoros		Acqua	NeoPoros
8.0	140.982	109.982	13.0	140.985	109.985
10.0	140.983	109.983	16.0	140.986	109.986
11.5	140.984	109.984	18.0	140.987	109.987

Sequência de perfuração independentemente do tipo de osso

1 Inicial* 103.170

2 Ø 2.0 103.492

3 Ø 3.5 103.493

Indicador de direção

Ø 3.3/4.0 128.021

Sequência de perfuração para ossos de tipo I e II

4 Ø 3.75 103.494

5 Ø 4.0+ 103.502

6 Ø 3.3/4.0 103.515

Sequência de perfuração para ossos de tipo III e IV

4 Ø 4.0* 103.495

Stops para broca

No caso de implantes de 16 e 18 mm de comprimento, o controlo da profundidade é feito visualmente através das marcações nas brocas

	Ø 2.0	Ø 3.5	Ø 3.75/4.0
8 mm	125.144	125.148	125.152
10 mm	125.145	125.149	125.153
11.5 mm	125.146	125.150	125.154
13 mm	125.147	125.151	125.155

Drivers e chave dinamométrica

Chave para implante GM Contra-ângulo 105.168

Chave para implante GM Chave dinamométrica (curta) 105.129

Chave para implante GM Chave dinamométrica (longa) 105.130



Chave dinamométrica 104.050

Ø 4.3

uma faixa única representa uma broca cónica | uma faixa dupla representa uma broca cónica + | um quadrado representa uma broca piloto | *opcional

NEODENT

Escolha o comprimento e a superfície

	Acqua	NeoPoros		Acqua	NeoPoros
8.0	140.948	109.948	13.0	140.951	109.951
10.0	140.949	109.949	16.0	140.952	109.952
11.5	140.950	109.950	18.0	140.989	109.989

Sequência de perfuração independentemente do tipo de osso

1 Inicial* 103.170

2 Ø 2.0 103.492

3 Ø 3.5 103.493

4 Ø 3.75 103.494

Indicador de direção

Ø 3.6/4.3

128.022

Sequência de perfuração para ossos de tipo I e II

5 Ø 4.0 103.495

6 Ø 4.3+ 103.503

7 Ø 3.6/4.3 103.516

Sequência de perfuração para ossos de tipo III e IV

5 Ø 4.3* 103.496

Stops para broca

No caso de implantes de 16 e 18 mm de comprimento, o controlo da profundidade é feito visualmente através das marcações nas brocas

	Ø 2.0	Ø 3.5	Ø 3.75/4.0	Ø 4.3/5.0
8 mm	125.144	125.148	125.152	125.156
10 mm	125.145	125.149	125.153	125.157
11.5 mm	125.146	125.150	125.154	125.158
13 mm	125.147	125.151	125.155	125.159

Drivers e chave dinamométrica

Chave para implante GM Contra-ângulo

105.168

Chave para implante GM Chave dinamométrica (curta)

105.129

Chave para implante GM Chave dinamométrica (longa)

105.130



Chave dinamométrica

104.050

Ø 5.0

uma faixa única representa uma broca cónica

uma faixa dupla representa uma broca cónica +

um quadrado representa uma broca piloto

*opcional

NEODENT

Escolha o comprimento e a superfície

	Acqua	NeoPoros		Acqua	NeoPoros
8.0	140.953	109.953	13.0	140.956	109.956
10.0	140.954	109.954	16.0	140.957	109.957
11.5	140.955	109.955	18.0	140.990	109.990

Sequência de perfuração independentemente do tipo de osso

1 Inicial* 103.170

2 Ø 2.0 103.492

3 Ø 3.5 103.493

Indicador de direção

Ø 4.3/5.0 128.023

Sequência de perfuração para ossos de tipo I e II

4 Ø 3.75 103.494

5 Ø 4.0* 103.495

6 Ø 4.3 103.496

7 Ø 5.0+ 103.504

8 Ø 4.3/5.0 103.517

Sequência de perfuração para ossos de tipo III e IV

4 Ø 4.3 103.496

5 Ø 5.0* 103.497

Stops para broca

No caso de implantes de 16 e 18 mm de comprimento, o controlo da profundidade é feito visualmente através das marcações nas brocas

	Ø 2.0	Ø 3.5	Ø 3.75/4.0	Ø 4.3/5.0
8 mm	125.144	125.148	125.152	125.156
10 mm	125.145	125.149	125.153	125.157
11.5 mm	125.146	125.150	125.154	125.158
13 mm	125.147	125.151	125.155	125.159

Drivers e chave dinamométrica

Chave para implante GM Contra-ângulo 105.168

Chave para implante GM Chave dinamométrica (curta) 105.129

Chave para implante GM Chave dinamométrica (longa) 105.130



Chave dinamométrica 104.050

Ø 6.0

uma faixa única representa uma broca cónica *opcional

NEODENT

Escolha o comprimento e a superfície

	Acqua	NeoPoros		Acqua	NeoPoros
8.0	140.1009	109.1009	11.5	140.1011	109.1011
10.0	140.1010	109.1010	13.0	140.1012	109.1012

Sequência da broca inicial

1 Inicial* 103.170

2 Ø 2.0 103.492

3 Ø 3.5 103.493

4 Ø 3.75 103.494

Indicador de direção

Ø 4.3/5.0 128.023

Sequência de perfuração para ossos de tipo I e II

Não recomendado

Sequência de perfuração para ossos de tipo III e IV

5 Ø 4.3 103.496

6 Ø 5.0 103.497

7 Ø 6.0 103.498

Stops para broca

	Ø 2.0	Ø 3.5	Ø 3.75/4.0	Ø 4.3/5.0	Ø 6.0/7.0
8 mm	125.144	125.148	125.152	125.156	125.160
10 mm	125.145	125.149	125.153	125.157	125.161
11.5 mm	125.146	125.150	125.154	125.158	125.162
13 mm	125.147	125.151	125.155	125.159	125.163

Drivers e chave dinamométrica

Chave para implante GM Contra-ângulo 105.168

Chave para implante GM Chave dinamométrica (curta) 105.129

Chave para implante GM Chave dinamométrica (longa) 105.130



Chave dinamométrica 104.050

Ø 7.0

uma faixa única representa uma broca cónica *opcional

NEODENT

Escolha o comprimento e a superfície



	Acqua	NeoPoros		Acqua	NeoPoros
8.0	140.1059	109.1059	11.5	140.1061	109.1061
10.0	140.1060	109.1060	13.0	140.1062	109.1062

Sequência da broca inicial

1 Inicial* 103.170

2 Ø 2.0 103.492

3 Ø 3.5 103.493

Indicador de direção

Ø 4.3/5.0 128.023

Sequência de perfuração para ossos de tipo I e II

Não recomendado

Sequência de perfuração para ossos de tipo III e IV

4 Ø 4.3 103.496

5 Ø 5.0 103.497

6 Ø 6.0 103.498

7 Ø 7.0* 103.499

Stops para broca

	Ø 2.0	Ø 3.5	Ø 4.3/5.0	Ø 6.0/7.0
8 mm	125.144	125.148	125.156	125.160
10 mm	125.145	125.149	125.157	125.161
11.5 mm	125.146	125.150	125.158	125.162
13 mm	125.147	125.151	125.159	125.163

Drivers e chave dinamométrica

Chave para implante GM Contra-ângulo 105.168

Chave para implante GM Chave dinamométrica (curta) 105.129

Chave para implante GM Chave dinamométrica (longa) 105.130



Chave dinamométrica 104.050

© 2024 – JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos os direitos reservados. Todas as marcas mencionadas no presente material, registadas ou não, são propriedade da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Está proibida a reprodução deste material sem autorização prévia. Alguns produtos podem não estar ainda disponíveis para compra. Para mais informações, contacte o seu distribuidor local.

10345_neodent_controlsystem_workingprotocol_pt_pt_B00_of_230424

NEODENT®
A Straumann Group Brand