SOLUTIONS NUMÉRIQUES
STRAUMANN® CARES®

Prothèses implantaires CARES®

Excellente flexibilité de restauration.

createch medical

straumann

Table des matières

Introduction	3
Parties secondaires CARES®	4
Blocs de parties secondaires préusinés CARES®	7
Bridges et barres transvissés CARES®	10
CARES® X-Stream™	24

Restaurations personnalisées d'une qualité exceptionnelle par un partenaire de confiance.

Avec la procédure de travail CARES®, vous avez accès à une gamme complète de prothèses implantaires personnalisées pour plusieurs marques, via une procédure de travail numérique.

Les prothèses implantaires CARES® associent des équipements dentaires soigneusement sélectionnés à la technologie numérique la plus récente, des matériaux haut de gamme et des services personnalisés dans une gamme de solutions prothétiques sur-mesure en constante expansion.

Les prothèses implantaires CARES® vous permettent d'accroître votre compétitivité en vous donnant accès à une gamme complète de technologies, d'outils et de matériaux. Vous pouvez exploiter toute l'étendue de votre configuration numérique et de vos préférences en matière de procédure de travail, ce qui vous permet d'optimiser votre productivité et votre efficacité tout en sachant que vous fournissez des restaurations d'une qualité exceptionnelle.

Les prothèses implantaires CARES® vous offrent une liberté de choix dans toutes les situations. Vous pouvez réaliser vos restaurations en interne ou utiliser nos services d'usinage centralisés vous permettant de maximiser votre productivité et votre efficacité.

PERFORMANCES

Obtenues grâce aux meilleurs équipements numériques, technologies, matériaux, services et savoir-faire numériques.

FLEXIBILITÉ

Une gamme complète d'options de restauration et une variété de procédures de travail.

SIMPLICITÉ

Une source unique pour tous vos besoins de restauration CADCAM compatible avec plusieurs marques d'implants.

Excellence sur-mesure à la demande

La gamme de parties secondaires CARES® comprend des solutions sur-mesure pour effectuer des restaurations prothétiques unitaires ou plurales à partir de divers matériaux, disponibles dans nos centres d'usinage centralisés.
Profitez de la grande flexibilité de conception et créez la forme personnalisée et le profil d'émergence souhaités pour satisfaire au mieux les exigences de vos patients.

- Unitaires : restaurations vissées ou scellées
- Plurales : restaurations vissées
- Stratification directe possible pour CoCr, TAN et ZrO_2
- Accès à un usinage centralisé via diverses procédures de travail
- Disponible pour les implants Straumann, Neodent, MEDENTiKA, ainsi que pour plusieurs autres marques d'implants tiers.

Aperçu sur les parties secondaires CARES®

Fabricant / Société		Matériau		Indication		Fixation			Procédure de travail pour un usinage centralisé			
						Vissée		Scellée				
				Restauration de dent unitaire	Restauration avec bridge[1]	Puits de vissage droit	Puits de vissage angulé (via Createch Medical)		Logiciel CARES® Visual	Connectivité[2] (3Shape, Dental Wings)	CARES® X-Stream™ (partie secondaire et couronne ensemble)	CARES® Scan & Shape
Connexion Originale	Straumann	ZrO_2		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		Ti		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		TAN		✓		✓			✓	✓		✓
		CoCr		✓		✓	✓[6]		✓	✓		✓
	Neodent	TAV		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
	MEDENTiKA[3]	TAV		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		CoCr		✓		✓	✓[6]		✓	✓		✓
Marques compatibles	Nobel Biocare[4] Dentsply Sirona[4] Zimmer[4] MIS[4] BioHorizons[4] Biomet 3i[4] Camlog[4] Autres marques[5]	TAV CoCr		✓	✓	✓	✓[6]	✓	✓	✓	✓	✓

Remarques :

[1] Uniquement des restaurations avec bridge et scellées sont possibles.

[2] Accéder au centre d'usinage centralisé via un logiciel CAD de tiers à travers la connectivité CARES®.
La disponibilité de CARES® peut varier selon les pays.
Contactez votre représentant local pour de plus amples informations.

[3] Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com ou www.medentika.de

[4] La disponibilité des produits peut varier selon les pays.
Pour obtenir plus d'informations sur les applications et les gammes prothétiques disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

[5] D'autres marques sont disponibles à travers MEDENTiKA ou Createch Medical.
Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA et Createch Medical, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.strauman.com, www.medentika.de ou www.createchmedical.com

[6] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Createch Medical, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.createchmedical.com

Aperçu de la compatibilité des parties secondaires CARES®

	Fabricant / Société	Plate-forme d'implant / séries	Corps de scannage	Analogues d'implant	Analogue d'implant repositionnable	Puits de vissage droit			Puits de vissage angulé (via Createch Medical)		
						Vis basale	Tournevis	Couple de serrage recom-mandé	Vis basale	Tournevis	Couple de serrage recom-mandé
Connexion Originale	Straumann	RB	065.0035	065.0021	065.0023	065.0001	Straumann SCS	35 Ncm	065.0001	Straumann SCS	35 Ncm
		WB	065.0035	065.0022	065.0024	065.0002			065.0002		
		SC	025.2915	025.2101	025.2102	025.0031			025.0031		
		NC	025.2915	025.2101	025.2102	025.2926			025.2926		
		RC	025.4915	025.4101	025.4102	025.2926			025.2926		
		RN	048.168	048.124	048.129	048.356			048.356		
		WN	048.169	048.171	048.172	048.356			048.356		
	Neodent	CM	108.039	101.058	101.088	SO	105.065	15 Ncm	SO		
		GM	108.183	101.074	101.089 101.090 101.103		105.132	20 Ncm			
	MEDENTiKA	Microcone NI	1-09-03	1-05-01	1-05-02	1-06-01	Hex 1.26	15 Ncm	TPDH16L84	DSPDCLH	15 Ncm
		Microcone RI	2-09-10	2-05-01	2-05-02	2-06-03		25 Ncm			
		Quattrocone RI	2-09-10	2-05-01	2-05-02	2-06-03		25 Ncm			
		Quattrocone AI	4-09-01	4-05-01	4-05-02	4-06-01		25 Ncm			
		Procone D 3,3	C 1400	C 50	C 80	C 61	Hex 1.26	20 Ncm			
		Procone D 3,8	C 1410	C 51	C 81	C 62					
		Procone D 4,3	C 1420	C 52	C 82	C 62					
		Procone D 5,0	C 1430	C 53	C 83	C 62					

Marques compatibles	Nobel Biocare[1]	Séries MEDENTiKA : E, F, K	Pour obtenir plus d'informations sur les produits Createch Medical, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.createchmedical.com
	Dentsply Sirona[1]	Séries MEDENTiKA : EV, S, T	
	Zimmer[1] MIS[1] BioHorizons[1]	Séries MEDENTiKA : R	
	Biomet 3i[1]	Séries MEDENTiKA H, I	
	Camlog[1]	Séries MEDENTiKA : C,D	
	Autres marques[1]	D'autres marques sont disponibles. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com ou www.medentika.de	

Remarque :

[1] D'autres marques sont disponibles à travers MEDENTiKA ou Createch Medical.
Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA et Createch Medical, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.strauman.com, www.medentika.de ou www.createchmedical.com

Utilisez au mieux votre usineuse interne

Avec les blocs de parties secondaires pré-usinés CARES®, produisez vous-même vos parties secondaires personnalisées unitaires et maximisez ainsi l'utilisation et le retour sur investissement de votre usineuse interne.

- Restaurations unitaires et plurales scellées
- Compatible avec l'équipement d'usinage CARES®
- Disponible pour les implants Straumann et MEDENTiKA, ainsi que pour plusieurs autres marques d'implants tiers.

Aperçu pour les blocs de parties secondaires préusinés CARES®

Fabricant / Société		Matériau		Indication		Fixation		Procédure de travail – usinage interne avec CARES® M Series
				Restauration de dent unitaire	Restauration avec bridge[1]	Vissée	Scellée	
Connexion Originale	Straumann	Blocs de parties secondaires pré-usinés pour CARES®, TAN		✓	✓	✓	✓	✓
Connexion Originale	MEDENTiKA	TI-Forms-Piliers pour série M, TAV		✓	✓	✓	✓	✓
Marques compatibles	Nobel Biocare[2] Dentsply Sirona[2] Camlog[2] Zimmer[2] MIS[2] BioHorizons[2] Biomet 3i[2] Bego[2] Medentis medical[2]	TI-Forms-Piliers pour série M, TAV		✓	✓	✓	✓	✓

Remarques :

[1] Uniquement des restaurations avec bridge et scellées sont possibles.

[2] Les produits disponibles peuvent varier selon les pays.
Pour obtenir plus d'informations sur les applications et les gammes prothétiques disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

Aperçu de la compatibilité des blocs de parties secondaires préusinés CARES®

Fabricant / Société		Plate-forme d'implant / Séries	Corps de scannage	Analogues d'implant	Analogue d'implant reposition-nable	Blocs de parties secondaires pré-usinés CARES®	Vis basale	Tournevis	Couple de serrage recommandé
Connexion Originale	Straumann	NC	025.2915	025.2101	025.2102	022.0060	025.2926	Straumann SCS	35 Ncm
		RC	025.4915	025.4101	025.4102	022.0061	025.2926		
		RN	048.168	048.124	048.129	048.828	048.356		
		WN	048.169	048.171	048.172	048.829	048.356		
	MEDENTiKA	Microcone NI	1-09-03	1-05-01	1-05-02	1-90-05-ST	1-06-01	Hex 1.26	15 Ncm
		Microcone RI	2-09-10	2-05-01	2-05-02	2-90-07-ST	2-06-03		25 Ncm
		Quattrocone RI	2-09-10	2-05-01	2-05-02	2-90-07-ST	2-06-03		25 Ncm
		Quattrocone AI	4-09-01	4-05-01	4-05-02		4-06-01		25 Ncm
		Procone D 3,3	C 1400	C 50	C 80	C 9000-ST	C 61	Hex 1.26	20 Ncm
		Procone D 3,8	C 1410	C 51	C 81	C 9010-ST	C 62		
		Procone D 4,3	C 1420	C 52	C 82	C 9020-ST	C 62		
		Procone D 5,0	C 1430	C 53	C 83	C 9030-ST	C 62		

Marques compatibles	
Nobel Biocare[1]	Séries MEDENTiKA : E, F, K
Dentsply Sirona[1]	Séries MEDENTiKA : EV, S, T
Camlog[1]	Séries MEDENTiKA : C
Zimmer[1] MIS[1] BioHorizons[1]	Séries MEDENTiKA : R
Biomet 3i[1]	Séries MEDENTiKA H, I
Bego[1]	Séries MEDENTiKA BS
Medentis medical[1]	Séries MEDENTiKA CX
Bredent medical[1]	Séries MEDENTiKA B

Remarque :

[1] Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com ou www.medentika.de

Confiez vos cas complexes à des experts

CARES® propose une gamme complète de bridges et barres transvissés répondant aux exigences les plus strictes en matière de prothèses implantaires sur-mesure. En collaboration avec Createch, un pionnier dans ce domaine, nous sommes en mesure de fournir des solutions prothétiques personnalisées haut de gamme pour une grande variété de systèmes implantaires, adaptés au marché européen.

Createch Medical est synonyme d'ingénierie dentaire de la plus haute qualité. La société associe la créativité d'experts en implantologie et de prothésistes dentaires avec la technologie aérospatiale d'un groupe industriel établi. Tout cela pour garantir le meilleur résultat possible pour chaque client.

Barres vissées pour prothèse amovible

Les barres CARES® doivent être associées à une prothèse de recouvrement pour le traitement des cas édentés.

				 Barre Dolder® en forme de U / Barre Dolder® en forme d'œuf	Ackermann Bar®	 MP Clip®	Barre ronde	Barre usinée	Barre Crea-tech	Barre Preci-Vertix / Horix®
	Fabricant / Société	Matériau	Partie secondaire / Plate-forme implantaire	Regular / mini	Ø 1,9 mm	Ø 1,8 mm	Ø 1,8 mm	Différentes options de fixation	Différentes options de fixation	Différentes options de fixation
Connexion Originale	Straumann[1]	CoCr / Ti[6]	Directement sur l'implant	S / C	S / C	S	S	S / C	C	C
			Partie secondaire vissée BL/BLX	S / C	S / C	S	S	S / C	C	C
			Partie secondaire synOcta® TL	C	C			C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C			C	C	C
	Neodent[2]	CoCr / Ti[6]	Directement sur l'implant	C	C			C	C	C
			Partie secondaire conique Mini CM, WS	S / C	S / C	S	S	S / C	C	C
			Partie secondaire conique Mini GM	S / C	S / C	S	S	S / C	C	C
			Partie secondaire conique Micro CM, Facility	S / C	S / C	S	S	S / C	C	C
			Partie secondaire conique Micro GM	S / C	S / C	S	S	S / C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C			C	C	C
	MEDENTiKA[3]	CoCr / Ti[6]	Directement sur l'implant	C	C			C	C	C
			Plurale	S/C	S/C	S	S	S/C	C	C
			MedentiBASE	S/C	S/C	S	S	S/C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C			C	C	C

*** Tailles**



Disponible chez : S = Straumann[1] C = Createch Medical[4]

				 Barre Dolder® en forme de U / Barre Dolder® en forme d'œuf	Ackermann Bar®	 MP Clip®	Barre ronde	Barre usinée	Barre Crea-tech	Barre Preci-Vertix / Horix®
Fabricant / Société	Matériau	Partie secondaire / Plate-forme implantaire		Regular / mini	Ø 1,9 mm	Ø 1,8 mm	Ø 1,8 mm	Différentes options de fixation	Différentes options de fixation	Différentes options de fixation
Marques compatibles	Nobel Biocare[5]	Ti[7]	Directement sur l'implant	C				C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série F[3]	C				C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C				C	C	C
			Puits de vissage angulé	C				C	C	C
	Dentsply Sirona[5]		Directement sur l'implant	C				C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série EV[3]	C				C	C	C
			Partie secondaire Originale[1]	C				C	C	C
			Puits de vissage angulé	C				C	C	C
	Zimmer[5] MIS[5] BioHorizons[5]		Directement sur l'implant	C				C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série C[3]	C				C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C				C	C	C
			Puits de vissage angulé	C				C	C	C
	Biomet 3i[5]		Directement sur l'implant	C				C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série R[3]	C				C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C				C	C	C
			Puits de vissage angulé	C				C	C	C
	Camlog[5]		Directement sur l'implant	C				C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série H[3]	C				C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C				C	C	C
			Puits de vissage angulé	C				C	C	C
	Autres marques[5]		Directement sur l'implant	C				C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit[3]	C				C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C				C	C	C
			Puits de vissage angulé	C				C	C	C

Remarques :

Disponible chez : S = Straumann[1] C = Createch Medical[4]

[1] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Straumann, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com
[2] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Neodent, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com
[3] Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com ou www.medentika.de
[4] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Createch Medical, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.createchmedical.com
[5] Pour obtenir plus d'informations des produits de tiers, veuillez contacter le représentant des fabricants d'origine
[6] Straumann : Alliages CoCr coron® ou titane de grade 4 / Createch : Alliage en titane Ti6Al4V

Bridges et barres transvissés pour prothèse fixe

- Les barres fixes CARES® sont des superstructures pour l'application directe avec de la résine dentaire et des dents en acrylique préfabriquées pour le traitement des cas édentés.
- Les bridges vissés CARES® sont prévus pour être stratifiés directement avec de la céramique stratifiable dentaire.

Bridges et barres transvissés pour prothèse amovible			Barre fixe basique	Barre fixe avancée	Hybride de base	Hybride haut de gamme	Partie secondaire hybride	Bridge
Fabricant / Société	Matériau	Partie secondaire / Plate-forme implantaire	Lambda / En croix / Trapézoïde	En escalier				
Connexion Originale	Straumann[1]	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant	S	S	C	C	C	S / C
			Partie secondaire vissée BL/BLX	S	S	C	C	C	S / C
			Partie secondaire synOcta® TL			C	C	C	C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	S / C
		ZrO_2, PEEK, PMMA[7]	Bridge/barre cylindrique Variobase® ou coiffe pour partie secondaire vissée Variobase®						S
	Neodent[2]	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Partie secondaire conique Mini CM, WS	S	S	C	C	C	S / C
			Partie secondaire conique Mini GM	S	S	C	C	C	S / C
			Partie secondaire conique Micro CM, Facility	S	S	C	C	C	S / C
			Partie secondaire conique Micro GM	S	S	C	C	C	S / C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C
		ZrO_2, PEEK, PMMA[7]	Coiffe hybride en une étape sur GM Mini conique						S
	MEDENTiKA[3]	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Partie secondaire plurale	S	S	C	C	C	S/C
			MedentiBASE	S	S	C	C	C	S/C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C

Disponible chez : S = Straumann[1] C = Createch Medical[4]

Bridges et barres transvissés pour prothèse amovible				Barre fixe basique	Barre fixe avancée	Hybride de base	Hybride haut de gamme	Partie secondaire hybride	Bridge
Fabricant / Société	Matériau	Partie secondaire / Plate-forme implantaire		Lambda / En croix / Trapézoïde	En escalier				
Marques compatibles	Nobel Biocare[5]	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série F[3]			C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]			C	C	C	C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C
	Dentsply Sirona[5]		Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série EV[3]			C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]			C	C	C	C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C
	Zimmer[5] MIS[5] BioHorizons[5]		Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série C[3]			C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]			C	C	C	C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C
	Biomet 3i[5]		Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série R[3]			C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]			C	C	C	C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C
	Camlog[5]		Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série H[3]			C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]			C	C	C	C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C
	Autres marques[5]		Directement sur l'implant			C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit[3]			C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]			C	C	C	C
			Puits de vissage angulé			C	C	C	C

Remarques :

Disponible chez : S = Straumann[1] C = Createch Medical[4]

[1] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Straumann, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com
[2] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Neodent, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com
[3] Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com ou www.medentika.de
[4] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Createch Medical, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.createchmedical.com
[5] Pour obtenir plus d'informations des produits de tiers, veuillez contacter le représentant des fabricants d'origine
[6] Straumann : Alliages CoCr coron® ou titane / Createch : Alliage en CoCr coron®, titane ou alliage en titane Ti6Al4V
[7] ZrO_2: zerion® UTML, zerion® ML, 3M™ ESPE™ Lava™ Plus, zerion® / PEEK: JUVORA™ / PMMA: polycon® ae

Barres vissées pour solutions télescopiques amovibles

- Les solutions télescopiques CARES® doivent être associées à une prothèse de recouvrement pour le traitement des cas édentés.

Solutions télescopiques							
	Fabricant / Société	Matériau	Partie secondaire / Plate-forme d'implant	Télescopique amovible	Télescopique anatomique amovible	Hybride télescopique anatomique	Hybride télescopique
Connexion Originale	Straumann	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Partie secondaire vissée BL/BLX	C	C	C	C
			Partie secondaire synOcta® TL	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C
	Neodent	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Partie secondaire conique Mini CM, WS	C	C	C	C
			Partie secondaire conique Mini GM	C	C	C	C
			Partie secondaire conique Micro CM, Facility	C	C	C	C
			Partie secondaire conique Micro GM	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C
	MEDENTiKA	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Plurale	C	C	C	C
			MedentiBASE	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C

Solutions télescopiques				Télescopique amovible	Télescopique anatomique amovible	Hybride télescopique anatomique	Hybride télescopique
Fabricant / Société		Matériau	Partie secondaire / Plate-forme d'implant				
Marques compatibles	Nobel Biocare[5]	CoCr / Titane[6]	Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série F[2]	C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C
	Dentsply Sirona[5]		Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série EV[2]	C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C
	Zimmer MIS BioHorizons[5]		Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série C[2]	C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C
	Biomet 3i[5]		Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série R[2]	C	C	C	C
			Partie secondaire Originle[5]	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C
	Camlog[5]		Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série H[2]	C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C
	Autres marques[5]		Directement sur l'implant	C	C	C	C
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit[2]	C	C	C	C
			Partie secondaire Originale[5]	C	C	C	C
			Puits de vissage angulé	C	C	C	C

Remarques :

Disponible chez : S = Straumann[1] C = Createch Medical[4]

[1] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Straumann, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com

[2] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Neodent, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com

[3] Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com ou www.medentika.de

[4] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Createch Medical, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.createchmedical.com

[5] Pour obtenir plus d'informations des produits de tiers, veuillez contacter le représentant des fabricants d'origine

[6] Createch : Alliage en CoCr coron®, titane de grade 4 ou alliage en titane Ti6Al4V

Aperçu de la compatibilité pour les bridges et

	Fabricant / Société	Système implantaire	Plate-forme au niveau de l'implant/de la partie secondaire	Analogue	Corps de scannage	Procéd	
						Vue occlusale droite/angulée	
Connexion Originale	Straumann[1]	RB	Au niveau de l'implant	065.0021	065.0035	Droit :	065.0036
						Angulé :	065.0037
			Partie secondaire vissée	023.4756 / 023.4757 / 025.0050	025.0000 / 025.0001	Droit :	023.4763
						Angulé :	025.0054
		WB	Au niveau de l'implant	065.0022	065.0035	Droit :	065.0036
						Angulé :	065.0037
			Partie secondaire vissée	023.4756 / 023.4757 / 025.0050	025.0000 / 025.0001	Droit :	023.4763
						Angulé :	025.0054
		NC	Au niveau de l'implant	025.2101	025.2915	Droit :	025.2926
						Angulé :	025.0055
			Partie secondaire vissée	025.0049 / 023.4756 / 023.4757 / 025.0050	025.0000 / 025.0001	Droit :	023.4763
						Angulé :	025.0054
		RC	Au niveau de l'implant	025.4101	025.4915	Droit :	025.2926
						Angulé :	025.0055
			Partie secondaire vissée	023.4756 / 023.4757 / 025.0050	025.0000 / 025.0001	Droit :	023.4763
						Angulé :	025.0054
		NNC	Au niveau de l'implant	048.127	048.173	Droit :	SO
						Angulé :	SO
		NN	Au niveau de l'implant	048.130	048.167	Droit :	SO
						Angulé :	SO
		RN	Au niveau de l'implant	048.124	048.168	Droit :	048.356
						Angulé :	048.906
			Partie secondaire synOcta®	048.124 / 048.108	SO	Droit :	SO
						Angulé :	SO
		WN	Au niveau de l'implant	048.171	048.169	Droit :	048.356
						Angulé :	048.906
			Partie secondaire synOcta®	048.171 / 048.872	SO	Droit :	SO
						Angulé :	SO
	Neodent[2]	CM	Au niveau de l'implant	101.058	108.139	Droit :	SO
			Partie secondaire conique Mini	101.020	108.137	Droit :	116.227
						Angulé :	SO
			Parties secondaires coniques micro	101.056	108.140	Droit :	116.227
						Angulé :	SO
			Partie secondaire CM	101.037	108.141	SO	SO
						SO	SO
		GM	Au niveau de l'implant	101.074 / 101.075	108.183	Droit :	SO
						Angulé :	SO
			Partie secondaire conique Mini	101.020	108.137	Droit :	116.269
						Angulé :	SO
			Parties secondaires coniques micro	101.078	108.140	Droit :	116.269
						Angulé :	SO
		WS	Partie secondaire conique Mini	101.020	108.137	Droit :	116.227
						Angulé :	SO
		Facility		101.057	108.140	Droit :	116.227
						Angulé :	SO
		Smart	Au niveau de l'implant	101.002	108.073	SO	SO
						SO	SO
			Au niveau de l'implant	101.004 / 101.028	108.071	SO	SO
						SO	SO
			Au niveau de l'implant	101.002	108.072	SO	SO
						SO	SO

barres transvissés

dure de travail Straumann[1]		Procédure de travail Createch[4]			
Tournevis recommandé	Couple de serrage des vis occlusales	Vue occlusale droite/angulée		Tournevis recommandé	Couple de serrage des vis occlusales
Tournevis SCS Straumann	35 Ncm	Droit :	065.0036	Tournevis SCS Straumann	35 Ncm
Tournevis SA Straumann	35 Ncm	Angulé :	065.0037	Tournevis SA Straumann	35 Ncm
Tournevis SCS Straumann	15 Ncm	Droit :	023.4763	Tournevis SCS Straumann	15 Ncm
Tournevis SA Straumann	15 Ncm	Angulé :	025.0054	Tournevis SA Straumann	15 Ncm
Tournevis SCS Straumann	35 Ncm	Droit :	065.0036	Tournevis SCS Straumann	35 Ncm
Tournevis SA Straumann	35 Ncm	Angulé :	065.0037	Tournevis SA Straumann	35 Ncm
Tournevis SCS Straumann	15 Ncm	Droit :	023.4763	Tournevis SCS Straumann	15 Ncm
Tournevis SA Straumann	15 Ncm	Angulé :	025.0054	Tournevis SA Straumann	15 Ncm
Tournevis SCS Straumann	35 Ncm	Droit :	025.2908	Tournevis SCS Straumann	35 Ncm
Tournevis SA Straumann	35 Ncm	Angulé :	TPDH16L84[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Tournevis SCS Straumann	15 Ncm	Droit :	023.4763	Tournevis SCS Straumann	15 Ncm
Tournevis SA Straumann	15 Ncm	Angulé :	TPDH14L52[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Tournevis SCS Straumann	35 Ncm	Droit :	025.4908	Tournevis SCS Straumann	35 Ncm
Tournevis SA Straumann	35 Ncm	Angulé :	TPDH16L84[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Tournevis SCS Straumann	15 Ncm	Droit :	023.4763	Tournevis SCS Straumann	15 Ncm
Tournevis SA Straumann	15 Ncm	Angulé :	TPDH14L52[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
SO	SO	Droit :	048.313	Tournevis SCS Straumann	35 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH16L76[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
SO	SO	Droit :	049.177	Tournevis SCS Straumann	15 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH18	Tournevis DSPDCLH Createch	20 Ncm
Tournevis SCS Straumann	35 Ncm	Droit :	048.356	Tournevis SCS Straumann	35 Ncm
Tournevis SA Straumann	35 Ncm	Angulé :	TPDH2L74[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
SO	SO	Droit :	048.350	Tournevis SCS Straumann	15 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH2[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Tournevis SCS Straumann	35 Ncm	Droit :	048.356	Tournevis SCS Straumann	35 Ncm
Tournevis SA Straumann	35 Ncm	Angulé :	TPDH2L74[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
SO	SO	Droit :	048.350	Tournevis SCS Straumann	15 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH2[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
SO	SO	Droit :	TRCNCU[4]	Tournevis Neodent 0,9 mm Hex	20 Ncm
Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm	Droit :	116.227	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH14L39[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm	Droit :	116.227	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH14L39[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
SO	SO	Droit :	116.228	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH2	Tournevis DSPDCLH Createch	25 Ncm
SO	SO	Droit :	116.282	Connexion de couple de serrage Neodent GM Neo	20 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH1684[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	20 Ncm
Connexion de couple de serrage Neodent GM Neo	10 Ncm	Droit :	116.269	Connexion de couple de serrage Neodent GM Neo	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH1439[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Connexion de couple de serrage Neodent GM Neo	10 Ncm	Droit :	116.269	Connexion de couple de serrage Neodent GM Neo	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH1439[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm	Droit :	116.227	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH14L39[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm	Droit :	116.227	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH14L39[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	15 Ncm
SO	SO	Droit :	116.001	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH18[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	20 Ncm
SO	SO	Droit :	116.002	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH2L51[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	25 Ncm
SO	SO	Droit :	116.003	Tournevis Neodent 1,2 mm Hex	10 Ncm
SO	SO	Angulé :	TPDH25L67[4]	Tournevis DSPDCLH Createch	25 Ncm

Aperçu de la compatibilité pour les bridges et

	Fabricant / Société	Système implantaire	Plate-forme au niveau de l'implant/de la partie secondaire	Analogue	Corps de scannage
Connexion Originale	MEDENTiKA[3]	Microcone NI	Au niveau de l'implant	1-05-01	1-09-03
		Microcone RI	Au niveau de l'implant	2-05-01	2-09-10
			Plurale	0-31-05 / 0-31-12 / 0-31-13	0-31-01 / 0-31-16
			MedentiBASE	0-28-20 / 028-20-21	0-28-13
		Quattrocone RI	Au niveau de l'implant	2-05-01	2-09-10
			Plurale	0-31-05 / 0-31-12 / 0-31-13	0-31-01 / 0-31-16
			MedentiBASE	0-28-20 / 028-20-21	0-28-13
		Quattrocone AI	Au niveau de l'implant	4-05-01	4-09-01
			Plurale	0-31-05 / 0-31-12 / 0-31-13	0-31-01 / 0-31-16
Marques compatibles	Nobel Biocare[5]		Au niveau de l'implant	Compatible avec MEDENTiKA Série F[3]	Compatible avec MEDENTiKA F 8500 / F 8513[3]
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série F		
			Partie secondaire Originale[5]		
	Dentsply Sirona[5]		Au niveau de l'implant	Compatible avec MEDENTiKA Série EV[3]	Compatible avec MEDENTiKA EV 8500 / EV 8513[3]
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série EV		
			Partie secondaire Originale[5]		
	Zimmer[5] MIS[5] BioHorizons[5]		Au niveau de l'implant	Compatible avec MEDENTiKA Série R[3]	Compatible avec MEDENTiKA R 8500 / R 8513[3]
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série R		
			Partie secondaire Originale[5]		
	Biomet 3i[5]		Au niveau de l'implant	Compatible avec MEDENTiKA Série H[3]	Compatible avec MEDENTiKA H 8500 / H 8513[3]
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série H		
			Partie secondaire Originale[5]		
	Camlog[5]		Au niveau de l'implant	Compatible avec MEDENTiKA Série C[3]	Compatible avec MEDENTiKA C 8500 / C 8513[3]
			Compatible avec MEDENTiKA Multi-unit Série C		
			Partie secondaire Originale[5]		
	Autres marques d'implants et de systèmes[4]				

Remarques :

[1] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Straumann, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com
[2] Pour obtenir plus d'informations sur les produits Neodent, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com
[3] Pour obtenir plus d'informations sur les produits MEDENTiKA, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com ou www.medentika.de
4 Pour obtenir plus d'informations sur les produits Createch Medical et leur compatibilité avec d'autres produits, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.creat
[5] Pour obtenir plus d'informations des produits de tiers, veuillez contacter le représentant des fabricants d'origine

barres transvissés

Procédure de travail Straumann[1]				Procédure de travail Createch[4]			
Vue occlusale droite/angulée		Tournevis recommandé	Couple de serrage des vis occlusales	Vue occlusale droite/angulée		Tournevis recommandé	Couple de serrage des vis occlusales
Droit :	SO	SO	15 Ncm	Droit :	1-06-01	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	15 Ncm
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis DSPDCLH Createch[4]	
Droit :	SO	SO		Droit :	2-06-03	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis DSPDCLH Createch[4]	
Droit :	0-31-02	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]		Droit :	0-31-02	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis DSPDCLH Createch[4]	
Droit :	0-06-03	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]		Droit :	0-06-03	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis Createch DSPDCLH[4]	
Droit :	SO	SO		Droit :	2-06-03	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis DSPDCLH Createch[4]	
Droit :	0-31-02	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]		Droit :	0-31-02	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis DSPDCLH Createch[4]	
Droit :	0-06-03	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]		Droit :	0-06-03	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis Createch DSPDCLH[4]	
Droit :	SO	SO		Droit :	2-06-03	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis DSPDCLH Createch[4]	
Droit :	0-31-02	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]		Droit :	0-31-02	Dispositif d'insertion Hex 1,26[3]	
Angulé :	SO	SO		Angulé :	TPDH16L6	Tournevis DSPDCLH Createch[4]	
SO				Pour obtenir plus d'informations, contactez votre représentant local Straumann ou visitez **www.createchmedical.com**. Createch offre des solutions pour plus de 200 systèmes implantaires[4].			

echmedical.com

Procédure de travail à travers la production centralisée Straumann



Scannez et concevez vos cas avec un système de scannage CARES®, Dental Wings ou 3Shape et envoyez-le au centre d'usinage centralisé CARES®. Procédure d'envoi de modèle recommandée[2]

OU



Scannez et téléchargez les données de vos modèles (+ conception facultative) sous forme de fichiers STL sur le portail Web de CARES® Scan & Shape et bénéficiez des services de conception et d'usinage de CARES®. Procédure d'envoi de modèle requise[3].

OU



Créez votre wax-up/configuration de dent, soumettez votre commande en ligne sur le portail Web de CARES® Scan & Shape et envoyez votre modèle en plâtre et wax-up/configuration de dent au service de conception de CARES® Scan & Shape pour scannage, conception et usinage. Procédure d'envoi de modèle requise[3].

[1] Pour les bibliothèques DME et plus d'informations, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com
[2] L'envoi du modèle est nécessaire pour la vérification de l'ajustement et le marquage CE.
[3] L'envoi du modèle est nécessaire pour la conception, la fabrication, la vérification de l'ajustement et le marquage CE

Procédure de travail à travers la production centralisée Createch

LABORATOIRE DENTAIRE	SCANNER	CONCEPTION	USINAGE
PROCÉDURE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE AVEC SCANNAGE INTERNE	Interne	Interne Service Createch	Production centralisée

Scannez et concevez vos cas avec un système de scannage CARES®, Dental Wings, 3Shape ou exocad et envoyez-le au portail de CARES® Scan&Shape ou Createch. L'envoi du modèle est nécessaire pour la vérification de l'ajustement.

OU

LABORATOIRE DENTAIRE	SCANNER	CONCEPTION	USINAGE
PROCÉDURE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE SANS SCANNAGE INTERNE	Externe	Utilisation externe de Createch excellence	Production centralisée

Créez votre wax-up/configuration de dent, soumettez votre commande en ligne sur le portail Web de CARES® Scan & Shape et Createch, envoyez votre modèle en plâtre et wax-up/configuration de dent au service Createch excellence pour scannage, conception et usinage. L'envoi du modèle est nécessaire pour la vérification de l'ajustement.

[1] Pour les bibliothèques DME, plus d'informations sur le scannage intra-oral et sur d'autres sujets, veuillez contacter votre représentant local ou visiter www.straumann.com et www.createchmedical.com

1 scannage, 1 conception, 1 livraison

CARES® X-Stream™ vous offre une solution entièrement prothétique. Fiez-vous à un ajustement exceptionnel entre la partie secondaire et la restauration correspondante grâce à une procédure de travail de commande efficace et simplifié.

Avec une seule procédure de scannage et une conception adaptative, tous les composants prothétiques nécessaires sont fabriqués dans nos centres d'usinage centralisés et arrivent ensemble en une seule livraison.

CARES® X-STREAM™

Fabricant / Société		Indication	Matériau		Classe de matériau				
					Vitrocéra-mique	Zircone	Hybride	Métal	Polymère
Connexion Originale	Straumann	Restauration unitaire vissée et scellée Restauration avec bridge scellée	Partie secondaire CARES® en ZrO_2		✓	✓	✓		✓
			Partie secondaire CARES® en Ti		✓	✓	✓	✓	✓
			Variobase® pour couronne		✓	✓	✓	✓	✓
			Variobase® pour couronne SA			✓		✓	✓
			Parties secondaires scellables		✓	✓		✓	✓
		Restauration avec bridge vissée	Variobase® pour bridge/ barre cylindrique			✓		✓	✓
			Variobase® pour bridge/ barre Coiffe cylindrique pour partie secondaire vissée			✓		✓	✓
	Neodent	Restauration unitaire vissée ou scellée	Base en titane pour couronne		✓	✓		✓	✓
		Restauration avec bridge vissée	Coiffes hybrides en une étape		✓	✓		✓	✓
	MEDENTiKA	Restauration unitaire vissée et scellée	Pilier MedentiCAD TAV et CoCr		✓	✓		✓	✓
			Base en titane		✓	✓		✓	✓
		Restauration avec bridge scellée	Pilier MedentiCAD TAV et CoCr			✓		✓	✓
Marques compatibles	Nobel Biocare[1] Dentsply Sirona[1] Camlog[1] Zimmer[1] MIS[1] BioHorizons[1] Biomet 3i[1] Autres marques[1]	Restauration unitaire vissée et scellée	Pilier MedentiCAD TAV et CoCr Base en titane		✓	✓		✓	✓
Marques compatibles	Nobel Biocare[1] Dentsply Sirona[1] Camlog[1] Zimmer[1] MIS[1] BioHorizons[1] Biomet 3i[1] Autres marques[1]	Restauration avec bridge scellée	Pilier MedentiCAD TAV et CoCr		✓	✓		✓	✓

Remarques :

[1] Les produits disponibles peuvent varier selon les pays. Vérifiez auprès de votre représentant commercial local.

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Matériau	Description
ZrO_2	Zirconia dioxide, zerion® UTML, zerion® ML, 3M™ ESPE™ Lava™ Plus, zerion®
Ti	Titane de grade 4
TAN	Alliage en titane Titane Aluminium Niobium
TAV	Alliage en titane Titane Aluminium Vanadium Ti6Al4V
CoCr	Cobalt chrome, alliage CoCr coron®
PEEK	Polyéther éther cétone, JUVORA™
PMMA	Polyméthylméthacrylate, polycon® ae
Createch	Alliage en CoCr coron®, titane de grade 4 et alliage en titane Ti6Al4V

Contactez dès maintenant votre représentant local Straumann ou rendez-vous sur le site : **www.straumann.com**

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.
Produits non-remboursés par les organismes de santé.

490.318/fr/B/00-FR 06/20

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Dolder® est une marque déposée du Prof. Eugen Dolder utilisée sous licence exclusive par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. Ackermann Bar® et MP-Clip® sont des marques déposées, utilisées sous licence par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. LOCATOR® est une marque déposée de Zest IP Holdings LLC, États-Unis. Preci-Vertix® est une marque déposée d'Alphadent N.V., Belgique. 3M™, Lava™ et RelyX™ sont des marques commerciales de 3M company ou de 3M Deutschland GmbH. Utilisées sous licence au Canada. JUVORA™ est une marque commerciale JUVORA™ Ltd.

© Institut Straumann AG, 2020. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.
Toutes les marques commerciales et tous les noms de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

straumann